



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Quissamã, 24 de abril de 2025

Prezados, boa tarde,

Em resposta ao questionamento da empresa Greiner Bio-one Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ nº 71.957.310/0001-47, por intermédio de sua representante legal infraassinado; esclareço relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO 020/2025 - PROCESSO ADM: 8666/2024- Que ocorrerá na data 08/05/2025 ÀS 09h00.

ITEM 19 – Solicita-se: “TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR USO: COLETA DE SANGUE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO VOLUME: 6 ML ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.”

Nosso tubo com a descrição: “TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 100MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME 5.0ML”.

Será aceito caso vencedores do certame?

***R: A adaptação sugerida é considerada pertinente, uma vez que não compromete a finalidade, o desempenho ou a qualidade do produto requerido.**

Em resposta aos itens 22 e 23:

ITEM 22 – Solicita-se: “TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO COMPONENTES: COM EDTA-K2 USO: COLETA DE SANGUE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: A VÁCUO VOLUME: 4 ML ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.”

Caso apresentássemos o tubo contendo: “ TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 75MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM EDTA-K3, VOLUME DE 4.0 ML”

ITEM 23 - Solicita-se: “TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO COMPONENTES: COM EDTA-K2 USO: COLETA DE SANGUE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: A VÁCUO VOLUME: 2 ML ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.”

Caso apresentássemos o tubo contendo: “TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 75MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM EDTA-K3, VOLUME 2.0ML.”

Será aceito caso vencedores do certame?

***R: O EDTA-K2 é recomendado para análises de hematologia por preservar melhor a morfologia celular, diminuindo assim o impacto nas células sanguíneas. As amostras coletadas em tubos com anticoagulante K2 tendem a ser mais estáveis durante o transporte e armazenamento, permitindo que os testes laboratoriais sejam realizados com resultados mais precisos. O K3 pode levar a uma degradação mais rápida ou a alterações nos resultados. Assim sendo, não será aceito EDTA.-K3.**

Valquíria de Souza e Silva
Responsável Técnica do Laboratório Municipal
Bióloga 96392/02
Mat.25356



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Prezados, boa tarde,

Quissamã, 24 de abril de 2025

Em resposta ao questionamento da empresa Greiner Bio-one Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ nº 71.957.310/0001-47, por intermédio de sua representante legal infraassinado; esclareço relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO 020/2025 - PROCESSO ADM: 8666/2024- Que ocorrerá na data 08/05/2025 ÀS 09h00.

ITEM 19 – Solicita-se: “TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR USO: COLETA DE SANGUE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO VOLUME: 6 ML ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.”

Nosso tubo com a descrição: “TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 100MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME 5.0ML”.

Será aceito caso vencedores do certame?

***R: A adaptação sugerida é considerada pertinente, uma vez que não compromete a finalidade, o desempenho ou a qualidade do produto requerido.**

Em resposta aos itens 22 e 23:

ITEM 22 – Solicita-se: “TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO COMPONENTES: COM EDTA-K2 USO: COLETA DE SANGUE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: A VÁCUO VOLUME: 4 ML ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.”

Caso apresentássemos o tubo contendo: “ TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 75MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM EDTA-K3, VOLUME DE 4.0 ML”

ITEM 23 - Solicita-se: “TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO COMPONENTES: COM EDTA-K2 USO: COLETA DE SANGUE CARACTERÍSTICA ADICIONAL: A VÁCUO VOLUME: 2 ML ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.”

Caso apresentássemos o tubo contendo: “TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 75MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM EDTA-K3, VOLUME 2.0ML.”

Será aceito caso vencedores do certame?

***R: O EDTA-K2 é recomendado para análises de hematologia por preservar melhor a morfologia celular, diminuindo assim o impacto nas células sanguíneas. As amostras coletadas em tubos com anticoagulante K2 tendem a ser mais estáveis durante o transporte e armazenamento, permitindo que os testes laboratoriais sejam realizados com resultados mais precisos. O K3 pode levar a uma degradação mais rápida ou a alterações nos resultados. Assim sendo, não será aceito EDTA.-K3.**

Valquíria de Souza e Silva
Responsável Técnica do Laboratório Municipal
Bióloga 96392/02
Mat.25356



Comissão Permanente de Licitação - PMQ <licitacaoquissama@gmail.com>

Resposta ao pedido de esclarecimento - Pregão 020/2025

1 mensagem

Comissão Permanente de Licitação - PMQ <licitacaoquissama@gmail.com>
Para: Thais.Calori@gbo.com

25 de abril de 2025 às 10:39

Bom dia!
Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

Com relação ao questionamento sobre o arquivo anexado se encontrar corrompido. Informamos que para abrir o arquivo que trata-se do modelo da proposta, caso o licitante deseje usá-la, o licitante deve seguir os procedimentos indicados no site www.quissama.rj.gov.br, compras e licitações, manual kit proposta. Demais esclarecimentos se encontram em anexo.

Att,
Patricia Corrêa Cezar
Pregoeira

 resposta esclarecimento 001.pdf
1465K